

**ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ
ГР.ВРАЦА**

ЗАЯВЛЕНИЕ

От Адриян Николов - Управител

на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВЕТА АНА ООД

**Седалище и адрес: град Враца, бул. Демокрация №17
Лице за контакти: Адриян Николов, тел. 0888491525**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля, за Вашето писмено становище, относно: Кандидатстване по Програма INTERREG VI –А IPA България –Сърбия Bulgaria Serbia Programme 2021 -2027 Втора покана за МСП и получено писмо/ искане от Управляващия орган:

„Копие от писмо, издадено от съответния орган, в което ясно се посочва, че оценката на въздействието върху околната среда не е необходима, или копие от положителна оценка на въздействието върху околната среда (положително становище от съответния орган) за предвидените от водещия партньор, МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВЕТА АНА ООД инвестиционни дейности“

По проекта е предвидено закупуване на нова директно дигитална графична рентгенова уредба модел OKS 2000 (най-високият клас от този модел), произведена в Германия от фирма Integral Medical (Германия), с един брой DR WiFi панел.

Комплектация и технически данни на предлаганата апаратура по предмета на офертата:

Комплектация и техническа информация:

- Буки маса, подходяща и за тежки пациенти - 4-посочно плаващ мобилен плот на рентгеновата маса с възможност за надлъжно, напречно движение и вертикално движение.
- DR панел – 1 брой с размери 35/43 см WiFi.
- Стълб-колона с рентгенова тръба с възможност за въртене на тръбата от -110° до +110° и хоризонтално движение покрай буки масата – 121 см; вертикално движение от 33 до 190 см.

- Вертикален статив (OKS W100, left) – височина 227 см., вертикално движение на централния лъч от 38 см до 190 см.;

- Буки с касетоносач (DBK. Пространство за преместваем неподвижен растер.

Няма експонация без поставена касета в букито

- Растер буки-маса – 115 см; Растер за вертикален статив – 150 см. Отношение на ламелите в двата растера е 12:1 при 80 L/sm.

- Генератор – високочестотен Editor Hfe501, 50 kW мощност;/400 VAC, 3Ph + N; 50Hz, 100 kHz честота, произведен в Германия. Генератора е разположен по специална технология, за да е разположен под буки-масата. Експозиционна автоматика ВА7. Мини конзола с ръчно управление.

- Високоволтови кабели;

- Йонизационни камери Vacu Тес, производство Германия – 2 броя;

Обръщаме внимание, че планираната инвестиция е с цел замяна на съществуваща такава апаратура в Медицински център „Света Ана“ ООД.

Местоположение на обекта: град Враца, бул. Демокрация №17

Дата: 27.04.2026г.

С уважение: ...

